

医用助行器（H029B坐厕椅型）外箱技术要求：

- 1、采用对开形式
- 2、本尺寸为包装的外径尺寸(74×18×51 cm)，允许误差范围：±5mm
- 3、以电子文件的版面为准，墨量要均匀，色彩及套版要准确，其中红色标准色PANTONE186C，灰色部分电脑配比：C：0%，M：0%，Y：0%，K：80%；
- 4、纸盒应牢固，不应出现开裂、折痕等缺陷
- 5、包装强度采用国家的要求
- 6、下摇盖加印供方代码(鱼跃提供)，公司名称前两个字的第一个大写拼音字母再加序号
- 7、纸张材质如下：

由外--里

面纸：国产200克A级

B楞：国产高强度瓦楞纸120克

芯纸：国产高强度瓦楞纸120克

A楞：国产高强度瓦楞纸140克

底纸：国产175克A级

