YU730A医用助行器(含配件)外箱技术要求：

1、采用满盖式

2、本尺寸为包装的外径尺寸62×19×81cm，允许误差范围：±5mm

3、以电子文件的版面为准，色彩及套版要准确

4、纸盒应牢固，不应出现开裂、折痕等缺陷

5、包装强度采用国家的要求

6、下摇盖加印供方代码(鱼跃提供)，公司名称前两个字的第一个大写拼音字母再加序号

7、纸张材质如下：

由外——里(黄版瓦楞纸)

面纸：国产175克A级

芯纸：国产高强瓦楞纸125克

国产高强瓦楞纸125克

国产高强瓦楞纸125克

底纸：国产150克B级